

Fwd: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO AO PREGÃO 07/2024 - PROCESSO 84879/2024

De : licitacao <licitacao@hortolandia.sp.gov.br>

Sex, 28 de fev de 2025 13:50

Assunto : Fwd: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO AO PREGÃO 07/2024 - PROCESSO 84879/2024 1 anexo**Para :** licitacao1@techsteri.com**Cc :** SuelenPereira
<suelenpereira@hortolandia.sp.gov.br>

Boa tarde,

Segue resposta ao esclarecimento solicitado.

Atenciosamente,

PREFEITURA DE HORTOLÂNDIA
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
FONE: (19) 3965-1400 - RAMAL: 6923

De: "SaudeMental SaudeCompras" <saudecompras@hortolandia.sp.gov.br>**Para:** "Licitacao" <licitacao@hortolandia.sp.gov.br>**Enviadas:** Sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025 12:08:54**Assunto:** Re: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO AO PREGÃO 07/2024 - PROCESSO 84879/2024

Boa tarde,

Informamos que o produto solicitado, "*Teste- indicador químico para monitorização de ciclos de esterilização à vapor (autoclave)*", **é indicado para monitorar os ciclos de esterilização a vapor na área odontológica** com resultados em períodos de 01, 03; 08; 24 horas ou qualquer outro período.

Apenas para auxiliar no processo de identificação do produto, a licitante do processo anterior vencedora ofertou a marca *Indicador Biológico Biological Test 24horas - 2I*, apenas como referência, pois existem muitas marcas no mercado.

At.te,

--

PREFEITURA DE HORTOLÂNDIA
PALÁCIO DOS MIGRANTES - PAÇO MUNICIPAL: "ANGELO AUGUSTO PERUGINI"
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
CNPJ: 13.843.145/0001-04
INSC. ESTADUAL ISENTA
CONTATO (19) 3965-1400 RAMAIS 8670/8669

De: "Licitacao" <licitacao@hortolandia.sp.gov.br>

Para: "SaudeCompras" <saudecompras@hortolandia.sp.gov.br>, "ThiagoRubim" <thiagorubim@hortolandia.sp.gov.br>, "AlineGarcia" <alinegarcia@hortolandia.sp.gov.br>, "SuelenPereira" <suelenpereira@hortolandia.sp.gov.br>

Cc: "ClaudemirMarques" <claudemirmarques@hortolandia.sp.gov.br>

Enviadas: Quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025 16:32:01

Assunto: Fwd: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO AO PREGÃO 07/2024 - PROCESSO 84879/2024

Boa tarde,

Segue para atendimento.

Atenciosamente,

PREFEITURA DE HORTOLÂNDIA
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
FONE: (19) 3965-1400 - RAMAL: 6923

De: "Licitação Techsteri" <licitacao1@techsteri.com>

Para: "Licitacao" <licitacao@hortolandia.sp.gov.br>

Enviadas: Quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025 15:27:17

Assunto: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO AO PREGÃO 07/2024 - PROCESSO 84879/2024

Boa Tarde Prezados,

Venho por meio deste, solicitar esclarecimento ao item 02 (AMPLA PARTICIPAÇÃO) do pregão 07/2024.

O descritivo informado para o item, é muito vago, não sendo possível a identificação do produto solicitado, portanto, solicitamos maiores detalhes sobre o item em questão.

Segue o descritivo informado no edital:

"Teste- indicador químico para monitorização de ciclos de esterilização à vapor (autoclave)."

Atenciosamente.

<p>GUILHERME CUSTÓDIO</p> <p>LICITAÇÃO</p> <p> (43) 3357-8351</p> <p> (43) 9988-8201</p> <p> licitacao1@techsteri.com</p> <p> www.techsteri.com</p>	
--	--

--

AVISO: Este e-mail foi originado de fora da PREFEITURA. Não clique em links ou abra anexos, a menos que reconheça o remetente licitacao1@techsteri.com e saiba que o conteúdo é seguro.

