
Fwd: PREF. DE HORTOLÂNDIA - PE 34/2025 - EDITAL 40/2025 - ESCLARECIMENTO

De : licitacao <licitacao@hortolandia.sp.gov.br>

Ter, 20 de mai de 2025 09:48

Assunto : Fwd: PREF. DE HORTOLÂNDIA - PE 34/2025 - EDITAL 40/2025 - ESCLARECIMENTO

 2 anexos

Para : AlineGarcia <alinegarcia@hortolandia.sp.gov.br>, ThiagoRubim <thiagorubim@hortolandia.sp.gov.br>

Cc : SuelenPereira <suelenpereira@hortolandia.sp.gov.br>

Bom dia,

Segue para atendimento.

Atenciosamente,

PREFEITURA DE HORTOLÂNDIA
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
FONE: (19) 3965-1400 - RAMAL: 6923

De: "Licitacao" <licitacao@hortolandia.sp.gov.br>

Para: "ClaudemirMarques" <claudemirmarques@hortolandia.sp.gov.br>

Enviadas: Sexta-feira, 16 de maio de 2025 9:38:29

Assunto: Fwd: PREF. DE HORTOLÂNDIA - PE 34/2025 - EDITAL 40/2025 - ESCLARECIMENTO

Atenciosamente,

PREFEITURA DE HORTOLÂNDIA
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
FONE: (19) 3965-1400 - RAMAL: 6923

De: "Licita??o ADC Brasil" <licitacao.adcbrasil@abbott.com>

Para: "Licitacao" <licitacao@hortolandia.sp.gov.br>

Cc: "Maria Da Silva, Cassia" <cassia.dasilva@abbott.com>, "Baioni, Deise" <deise.baioni1@abbott.com>, "Zaratin, Gustavo" <gustavo.zaratin@abbott.com>, "Alves da Silva, Thais" <thais.alvesdasilva@abbott.com>

Enviadas: Quinta-feira, 15 de maio de 2025 16:58:54

Assunto: PREF. DE HORTOLÂNDIA - PE 34/2025 - EDITAL 40/2025 - ESCLARECIMENTO

Boa tarde, Prezados!

REF.:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2025

EDITAL Nº 40/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 90578/2025

OBJETO O objeto da presente licitação é a **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** para aquisição Futura de Insumos e Monitor de Glicose Freestyle, em conformidade com a Lei Federal Nº 14.133/21, de acordo com as especificações contidas no **ANEXO II** – Termo de referência, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO:

A **ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA**, empresa com matriz na Rua Michigan, nº. 735, Cidade Monções, São Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o nº 56.998.701/0001- 16, e com filial na Rua Vereador Germano Luiz Vieira, 500 - ARMZ 3. [PT.3.BOMI.SB](#). P.3S, Itaipava, Itajaí/SC, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 56.998.701/0034-84, interessada em participar do pregão eletrônico em referência, vem através deste, solicitar os esclarecimentos abaixo:

1. MARCA INCORRETA

Durante a análise identificamos que no Termo de Referência o Item 1 está com a **marca Accu Check**, o descritivo é do Sensor FreeStyle Libre, marca **Abbott**. Podemos considerar que foi um erro e considerar a **marca Abbott**?

ITEM	PRESCON	QDD	UN	DESCRIPTIVO	COTA	MARCA	VR MÉDIO UNITÁRIO	VR MÉDIO TOTAL
1	1.4.2360	225	CX	Sensor FreeStyle Libre: de uso conjunto com leitor específico, para monitoramento contínuo de glicose intersticial, a ser utilizado na parte posterior do braço, de fácil aplicação sem a necessidade do auxílio de um profissional de saúde e sem calibração com glicemia capilar. Vida útil do sensor por até 14 dias, com leituras de glicose armazenadas a cada 15 minutos, sendo necessário scanner, a cada 8 horas, no mínimo, para garantir a captação dos dados de glicose de um intervalo de 24 horas. Resistente à água, podendo suportar imersão em até um metro de água por até 30 minutos. Tecnologia eletroquímica amperométrica para monitoramento contínuo de glicose intersticial, com intervalo de leitura de glicose de 40 a 500mg/dL. O kit sensor inclui: 1 sensor em seu recipiente, aplicador do sensor, lenço umedecido com álcool e a instruções de uso. Marca: Abbott; Modelo: FreeStyle Libre Fabricante: Abbott Diabetes Care Limited – Reino Unido Registro Anvisa 80146502021 Código SIAFÍSICO 474905-7 Código CADMAT 439443	AMPLA	ACCU CHEK	R\$ 487,49	R\$ 109.685,25

2. PRAZO DE ENTREGA

O prazo originalmente estabelecido para a entrega do item que compõe o objeto licitado, é de **10 (dez) dias corridos**, o qual não será suficiente para que possamos executar a

entrega.

Assim, ressaltamos as dificuldades na logística de transporte, considerando o mercado nacional de empresas que possuem depósito centralizado, exemplificando, o depósito de armazenagem dos nossos produtos, fica localizado no **Município de Itajaí-SC**, o que denota um processo de transporte moroso.

“Quando recebemos o pedido, procedemos com o cadastro do solicitante, em nosso banco de dados de clientes, e em paralelo seguimos com a validação e faturamento do empenho, estando tudo validado, nosso centro de distribuição recebe a ordem de separação, procedendo com a adequação das embalagens com a carimbagem dos dizeres “venda proibida ao comércio”, só assim segue o envio através de nossa distribuidora. Procedimentos internos que demandam alguns dias e não ficam de encontro com o prazo estabelecido em Edital”.

Vale destacar que o prazo de **10 (dez) dias corridos** para entrega, poderá prejudicar também outros licitantes, que não estão localizadas no estado de **São Paulo**, ocasionando a desistência de participação no certame, o que restringirá a competitividade.

Deste modo, solicitamos autorização, para caso sermos declarados vencedores do item 01 (produtos de nossa fabricação), possamos proceder com a entrega no prazo de até 15 (quinze) dias.

Agradecemos antecipadamente a atenção, certos do atendimento ao solicitado, nos colocamos a disposição.



Thais Alves da Silva
Analista de Licitações
Diabetes Care

Abbott Brasil
Rua Michigan, 735,
Cidade Monções
São Paulo, SP 04566-905
Brasil

O : 55 11 5536 7835
M : 55 11 97076 2460
: thais.alvesdasilva@abbott.com
: www.abbottbrasil.com.br

--

AVISO: Este e-mail foi originado de fora da PREFEITURA. Não clique em links ou abra anexos, a menos que reconheça o remetente licitacao.adcbrasil@abbott.com e saiba que o conteúdo é seguro.
